

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Về việc chủ trương sửa chữa
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính
CT Scanner 16 lát cắt phục vụ
công tác khám chữa bệnh của
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 71/TTr-SYT ngày 04/4/2023 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1106/STC-TCHCSN ngày 12/4/2023 về việc xin chủ trương sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh (kèm theo là: Tờ trình số 2517/TTr-BVĐKT ngày 24/3/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt thuộc khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và hồ sơ của đề nghị sửa chữa Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt; Biên bản họp ngày 30/11/2022 của liên ngành: Sở Y tế - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tài chính - Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc xác định thực tế tình trạng hư hỏng của một số trang thiết bị y tế đang sử dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Cụ thể:

- Thay thế 01 bộ mã hóa đếm xung số vòng quay của Gantry của máy CT: 129.560.000 đồng.

- Thay thế 01 bóng phát tia X dùng cho máy chụp (quét) cắt lớp điện toán CT và 01 bộ tụ điện đi kèm bóng phát tia: 1.320.600.000 đồng.

- Thay thế 01 cáp cao thế có đầu nối dùng cho máy CT: 18.580.000 đồng.

(Giá dự kiến mua sắm phụ kiện thay thế để sửa chữa Hệ thống máy nêu trên chưa bao gồm chi phí thẩm định giá; đã bao gồm các chi phí liên quan đến việc cung cấp phụ kiện mới 100%, chính hãng, đồng bộ với Hệ thống máy, dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, vận hành chạy thử, bảo hành phụ kiện, thuế...).

Tổng kinh phí thực hiện không vượt quá: **1.468.740.000 đồng** (*Một tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra tình trạng hư hỏng, đề xuất việc sửa chữa đối với trang thiết bị y tế nêu tại Mục 1 Công văn này.

3. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sửa chữa, thay thế linh kiện trang thiết bị y tế nêu tại Mục 1 Công văn này, phải sử dụng hàng hóa chính hãng, đồng bộ và tương thích với Hệ thống máy đã được đầu tư để đảm bảo hiệu quả sử dụng; đảm bảo quy trình, thủ tục sửa chữa tài sản công theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang